

Voraussetzung an Ihren Computer zum Betrieb des angebotenen Diagnostikgerätes

ICS Impulse

Beschreibung

Betriebssystem:	64-bit Windows 10 Pro, Windows 8 Pro, Windows 7 Pro & Enterprise Alle Windows Updates installiert
Prozessor:	Intel i5-Prozessor
Arbeitsspeicher:	64-Bit (Windows 10, 8 oder 7) 8 GB
Festplattenkapazität:	300 GB (3GB freier Speicherplatz auf dem C:\-Laufwerk für Softwareinstallation)
Laufwerke:	DVD-ROM R/W
Bildschirm:	Monitor oder Flachbildschirm 16:9 1600 x 900 Bildschirmauflösung
Anschlüsse:	USB 2.0 oder 3.0

Wird an einen Computer ein **medizinisches elektrisches Gerät** (z. B. Kopfimpulstest, BERA) angeschlossen, dann muss die Stromversorgung des Computers, Bildschirms und Druckers nach den Vorschriften für Medizintechnische Geräte erfolgen. Dies kann durch einen speziellen MedPC oder durch im Beiblatt beschriebenes Zubehör geschehen. **Die Verantwortung obliegt dem Betreiber.**

Weitere wichtige Information finden Sie im Blatt „Computer – DIN EN 60601-1-1“

Die oben aufgeführten Systemvoraussetzung sind lediglich eine Empfehlung unseres Hauses und nicht als verbindlich anzusehen. Die Kriterien der einzelnen Komponenten sind an die heutigen Ansprüche gängiger Betriebssysteme angelehnt und können mit Steigung neuer Ansprüche von Betriebssystemen und/oder Softwareaktualisierungen durchaus unzureichend werden.

Eine Systemempfehlung ist lediglich eine momentane Abbildung von Hard- und Softwareansprüchen und müssen zeitweise durch Fachpersonal gewartet und modifiziert werden.